č. j. 66 /2010 Bratislava 30. 03. 2010

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ, t.j. Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

- dodávka dovybavenia laboratória pre prípravu živých buniek.

Dodávka zahŕňa:

- dopravu na miesto dodania, záručné opravy, inštaláciu, preukázanie funkčnosti, základné zaškolenie v mieste dodania, návod na obsluhu v Slovenskom alebo Anglickom jazyku

pre Medzinárodné laserové centrum.

Predmet zákazky

Predmet zákazky je

1)	Kryosystém pre uchovávanie bunkových kultúr	1 ks
2)	Laboratórny autokláv	1 ks
3)	Systém pre prípravu ultračistej vody	1 ks
4)	CO2 inkubátor pre živé bunky	1 ks
5)	Analytické váhy	1 ks
6)	Výrobník ľadovej triešte	1 ks
7)	Bezpečnostná skriňa na horľaviny	1 ks
8)	Bezpečnostná skrinka na jedy	1 ks

Podrobný opis predmetu zákazky s požadovanými minimálnymi technickými parametrami sú podrobne opísané v prílohe tejto výzvy.

Medzinárodné laserové centrum / International Laser Centre
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, Slovakia, Europe; IČO (Company Identification No.): 31780296
tel.: +4212-6542.1575; fax: +4212-6542.3244; web: www.ilc.sk

Verejný obstarávateľ požaduje:

- zabezpečenie dostupnosti náhradných dielov a spotrebného materiálu po dobu aspoň 4 roky odo dňa dodania predmetu zákazky,
- zabezpečenie bezplatného **minimálne 2 ročného záručného servisu** v mieste dodania premetu zákazky s opravou alebo výmenou kus za kus s garantovanou dobou nástupu na vykonanie záručného servisu do 48 hodín od jeho nahlásenia verejným obstarávateľom,
- zabezpečenie montáže v mieste dodania.

Predpokladaná hodnota zákazky:

26 890 € bez DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných cenových ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

Cena predmetu zákazky:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena predmetu zákazky musí obsahovať cenu za celú dodávku tovaru predmetu zákazky, ktorá pozostáva:

- z jednotkových cien predmetu zákazky, pričom jednotková cena obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním tovaru predmetu zákazky,
- jednotkových cien prenásobených počtom kusov určených v predmete zákazky,
- celkovej ceny pozostávajúcej z ich súčtov.

Cena predmetu zákazky musí byť uvedená v eurách v členení:

cena bez DPH	v €
sadzba DPH	v %
výška DPH	v €
cena s DPH	v €.

Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.

Výšku ceny za zrealizovanie predmetu zákazky nie je možné za žiadnych okolností zvyšovať počas celej doby realizácie predmetu zákazky. Zmena dohodnutej ceny je možná len zmenou sadzby DPH

Kritéria hodnotenia:

Cena s DPH v €.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie predmetu zákazky.

Lehota a miesto dodania:

Lehota dodania najneskôr do 6 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Miesto dodania sú jednotlivé miestnosti podľa požiadavky verejného obstarávateľa na Ilkovičovej ulici č. 3, 841 04 Bratislava.

Financovanie a fakturácia:

Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi preddavok za zrealizovanie predmetu zákazky. Celková cena za zrealizovanie predmetu zákazky bude uchádzačovi poukázaná až po prevzatí kompletného predmetu zákazky a predložení faktúry s 30 – dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, t.j. Medzinárodnému laserovému centru. Nedeliteľnou súčasťou faktúry je originál odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedenými výrobnými číslami dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou, podpisom uchádzača a verejného obstarávateľa. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa v eurách.
Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s objednávkou má verejný obstarávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti uchádzačovi na prepracovanie. Nová, opravená faktúra je splatná do 30 –dňovou odo dňa jej doručenia.

Povinnosť uchádzača:

Uchádzač v prípade požiadavky výkonu kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy predmetu zákazky oprávnenými osobami je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. Poskytovateľom NFP je agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 02 Bratislava;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Termín predloženia cenovej ponuky

do 9. 4. 2010 v dvoch originálnych vyhotoveniach na adresu poštou alebo osobne:

Medzinárodné laserové centrum
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava

Obálka s cenovou ponukou musí byt označená

"Prieskum trhu Dovybavenie laboratória pre prípravu živých buniek – Neotvárať"

Informácie na č. tel. 02/65421575
Kontaktná osoba: doc. Alžbeta Chorvátová, PhD.

V Bratislave 30. 03. 2010

Medzinárodné Laserové Centrum
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 31780296

prof. Ing. František Uherek, PhD.
riaditeľ MLC

Prílohy: Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č.1 - Podrobný opis predmetu zákazky

Položka	Názov	Minimálne parametre	Počet
1	**Kryosystém pre uchovávanie bunkových kultúr**	- vákuovane uzavretý kontajner pre tekutý dusík z nehrdzavejúcej ocele - kapacita 90-150l - elektronický indikátor nízkej hladiny tekutého dusíku s alarmom - uzamykateľné bezpečnostné veko **Súčasťou dodávky sú tiež:** - držiaky (aspoň 5 modulov s miestom pre kryoboxy) z nehrdzavejúcej ocele umožňujúce uskladnenie 2 ml kryoskúmaviek, spolu celkovo miesto pre min. 2000 kryoskúmaviek - aspoň 10 kryoboxov po 100 pozícií pre 2ml kryoskúmavky	1
2	**Laboratórny autokláv**	- parná sterilizácia s programovateľnou teplotou (v rozpätí aspoň 105-131 °C) - typ: autokláv pre laboratórne použitie, predovšetkým pre sterilizáciu materiálu: laboratórne sklo a plastové fľaše, chirurgické nástroje z nehrdzavejúcej ocele a roztoky (kvapalné médiá v uzatvorených aj otvorených fľašiach) - stolná (table-top) verzia - využiteľný objem aspoň 15l (celkový objem aspoň 25l) - čas sterilizácie: aspoň 60 min - nekorodovateľné vnútro (materiál zariadenia odolný voči vode a rozpúšťadlám) - bezpečnostná závora a systém blokovania dverí - plne automatický - poruchové hlásenia	1
3	**Systém pre prípravu ultračistej vody**	- systém na prípravu ultračistej deionizovanej vody reverznou osmózou, použiteľnej pre bunkové kultúry, spektroskopické a analytické merania a farmakológiu - systém musí zabezpečovať purifikáciu, čistenie a filtráciu vody s výslednou produkciou ultračistej vody typu I (produkcia aspoň 8 l/deň s čistotou minimálne <1 častica/ml, <1cfu/ml baktérií, rezistivita > 17 MΩ.cm, TOC <5ppb), ako aj vody typu III s výkonom aspoň 2 litre/hod (odstránenie iónov >94%, organických látok, baktérií a častíc >99%) - systém fungujúci na vstup z vody z vodovodu - možnosť uchytenia na stenu **Súčasťou systému sú tiež:** - vstavaný zásobník na vodu typu III (aspoň 5 l) s možnosťou samostatného odberu - UV lampa (185/254 nm) - filter pre odstánenie iónových a organických nečistôt - koncový mikrofilter (maximálne 0.22 mikrometrov) na odstránenie baktérií - periodická kontrola kvality vody - možnosť nastavenia objemu odoberanej vody - presné meranie rezistivity vody na identifikáciu ionových kontaminantov - výstražné hlásenie pri zhoršení kvality vody	1

Položka	Názov	Minimálne parametre	Počet
4	**CO2 inkubátor pre živé bunky**	- inkubátor pre prípravu a kultiváciu živých buniek - objem najmenej 100l - regulátor obsahu CO2 (rozsah min. 0-20 %, citlivosť 0,1 %) - regulátor vlhkosti v atmosfére komory (rozsah min. do 95 %) - presné temperovanie v rozsahu min. 30°C - 45 °C s citlivosťou 0,1 °C - cirkulácia atmosféry zabezpečená ventilátorom - sterilizačný program (sterilizácia pri aspoň 131 °C) - výstup parametrov na displeji, optická signalizácia alarmu - výstup RS232, napájanie 230V - kalibračný certifikát pri 37 °C - súčasťou dodávky sú aspoň 3 police	1
5	**Analytické váhy**	- analytické váhy s citlivosťou minimálne 0,01 mg a váživosťou minimálne 40 g - duálny režim váženia (0,1 / 0,01mg) - rozhranie RS232 a tlač protokolov GLP - interná kalibrácia - metrologický certifikát - možnosť overenia ako stanovené meradlo	1
6	**Výrobník ľadovej triešte**	- výrobník ľadovej triešte - výkon aspoň 50 kg/deň - vstavaný zásobník s kapacitou aspoň 25 kg - vodné chladenie kondenzátora - automatické zapínanie a vypínanie výroby ľadu - kontrola množstva ľadu - tichá prevádzka - súčasťou dodávky sú tiež všetky potrebné pripojovacie hadice	1
7	**Bezpečnostná skriňa na horľaviny**	- vysoká, jedno- alebo dvojkrídlová skriňa s rozmermi minimálne 60x180x60cm, dvere pravé - bezpečnostná skriňa na horľaviny vybavená policami zaistenými proti pohybu - bezpečnostné označenie na dverách **Súčasťou dodávky sú tiež:** - vyberateľná vanička pre rozliatu kvapalinu na dne skrine - minimálne 3 police	1
8	**Bezpečnostná skrinka na jedy**	- kovová skrinka na jedy vybavená zámkom - veľkosť aspoň 35x35x30cm (š x v x h), dvere pravé - bezpečnostné označenie na dverách	1